



校正曲线

校正曲线图




A: 3.8379e+000; B: 4.3638e+001; R²: 0.9995; 名称 SM2; 处理方法 20141118; 拟合类型 线性 (一阶); 校正曲线 ID 4859

校正曲线图



A: 9.2980e+001; B: 3.7979e+001; R²: 0.9997; 名称 SM1; 处理方法 20141118; 拟合类型 线性 (一阶); 校正曲线 ID 4857

校正曲线图



A: 1.8089e+002; B: 4.8074e+001; R²: 0.9995; 名称 SM1; 处理方法 20141118; 拟合类型 线性 (一阶); 校正曲线 ID 4858

峰: SM2

名称	水平	浓度值(µg/L)	响应值	校正值	% 偏差	手动	忽略
1	SM2	50.0000	2158.4505	49.3742	-1.252	否	否

峰: SM2

名称	水平	浓度值(µg/L)	响应值	校正值	% 偏差	手动	忽略
2	SM2	100.0000	4084.6347	93.5139	-6.486	否	否
3	SM2	200.0000	8554.3151	195.9393	-2.030	否	否
4	SM2	400.0000	18123.2029	415.2161	3.804	否	否
5	SM2	700.0000	30630.8401	701.8361	0.262	否	否
6	SM2	1000.0000	43385.6527	994.1203	-0.588	否	否

峰: SM

名称	水平	浓度值(µg/L)	响应值	校正值	% 偏差	手动	忽略
1	SM	50.0000	1979.1799	49.6644	-0.671	否	否
2	SM	100.0000	3584.7051	91.9386	-8.061	否	否
3	SM	200.0000	7695.3101	200.1725	0.086	否	否
4	SM	400.0000	15737.0075	411.9137	2.978	否	否
5	SM	700.0000	26714.6451	700.9595	0.137	否	否
6	SM	1000.0000	37895.3201	995.3513	-0.465	否	否

峰: SM1

名称	水平	浓度值(µg/L)	响应值	校正值	% 偏差	手动	忽略
1	SM1	50.0000	2410.6517	46.3822	-7.236	否	否
2	SM1	100.0000	4613.2401	92.1992	-7.801	否	否
3	SM1	200.0000	9904.0175	202.2549	1.127	否	否
4	SM1	400.0000	20114.6298	414.6503	3.663	否	否
5	SM1	700.0000	33810.5474	699.5451	-0.065	否	否
6	SM1	1000.0000	48012.6027	994.9683	-0.503	否	否